

OR.273.10.2021
(2021/BZP 00180835/01)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień
Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający – Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – niniejszym udostępniła treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu do prób wysiłkowych bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu z automatycznym pomiarem na cykloergometrach, bez możliwości automatycznego pomiaru ciśnienia na bieżni?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu do prób wysiłkowych bez stopniowanego wbudowanego w preferencje protokołu testu kwestionariusza oceny wydolności WSAQ?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu z zestawem komputerowym (jednostka centralna, 2 monitory 24", drukarka laserowa) umieszczonym na dedykowanym stoliku komputerowym z możliwością blokady kół?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bieżni z szerokością pasa wynoszącą 490 mm?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bieżni o wymiarach 1940 x 780 x 1310 mm (dł. x szer. x wys.)?”

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów bieżni zgodnie z zapytaniem.

7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cykloergometru z zakresem obrotów 30-160 obr./min. z obciążeniem niezależnym od liczby obrotów?”

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza wskazaną zmianę.

8. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cykloergometru z zakresem obciążenia 10 - 999 W, z regulacją co 1 W?”

Odp. TAK Zamawiający dopuszcza wskazaną zmianę.

9. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cykloergometru z dopuszczalną masą pacjenta do 150 kg?”

Odp. Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

Robert Kostek