

**OR.273.14.2021**

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień  
Specyfikacji Warunków Zamówienia  
oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert**

Zamawiający – Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, zgodnie z art. 284 ust 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu do prób wysiłkowych bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST?”*

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 2:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu do prób wysiłkowych bez stopniowanego wbudowanego w preferencje protokołu testu kwestionariusza oceny wydolności WSAQ?”*

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 3:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu z zestawem komputerowym (jednostka centralna, monitor 24", monochromatyczna drukarka laserowa) umieszczonym na dedykowanym stoliku komputerowym z możliwością blokady kół?”*

**Odp. Minimalna wielkość monitora, na którą zamawiając wyraża zgodę to 27", pozostałe elementy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 4:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu do badań wysiłkowych z zewnętrznym bezprzewodowym modułem EKG, który nie jest wbudowany w bieżnię i cykloergometr? Rozwiązanie takie pozwala na swobodne poruszanie się pacjenta po sali, bez konieczności stałego przebywania pacjenta w obrębie bieżni lub cykloergometru.”*

**Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na system bezprzewodowy pod warunkiem zgodności rejestracji parametrów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 5:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zewnętrznego bezprzewodowego modułu EKG o następujących parametrach:*

- 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym,
- czułość: 5, 10, 20, 40, 100, 5/2.5, 10/5, 20/10 mm/mV,
- przesuw: 5, 10, 25, 50, 100 mm/s,
- cyfrowe filtry: 25, 35, 50 Hz,
- cyfrowy filtr linii izoelektrycznej,
- komunikacja i transmisja sygnału EKG bezprzewodowa, z wykorzystaniem transmisji drogą radiową.”

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 6:**

*„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bieżni z dwoma wyłącznikami awaryjnymi - wyłącznikiem awaryjnym oraz linką bezpieczeństwa?”*

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 7:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bieżni z szerokością pasa wynoszącą 490 mm?”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bieżni o wymiarach 1940 x 780 x 1310 mm?”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 9:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cykloergometru z obciążeniem pacjenta niezależnym od prędkości pedałowania w zakresie 30 ÷ 160 obr./min.?”

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cykloergometru z zakresem obciążenia 10 ÷ 999 W?”

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cykloergometru z dopuszczalną wagą pacjenta do 150 kg?”

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

W wyniku udzielonych wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust 3 przedłuża termin składania ofert dokonując zmianę treści SWZ w następujący sposób:

**Było:**

Dział VII pkt 1

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.11.2021 r.

Dział XVII pkt 1

Zaszyfrowana ofertę należy złożyć w terminie 20.10.2021 r. do godz.09:00

Dział XVIII okt 1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 20.10.2021 r. o godz. 10:00

**Po zmianie:**

Dział VII pkt 1

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.11.2021 r.

Dział XVII pkt 1

Zaszyfrowana ofertę należy złożyć w terminie 22.10.2021 r. do godz.09:00

Dział XVIII okt 1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22.10.2021 r. o godz. 10:00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp w Biuletynie Zamówień Publicznych ( platforma e-Zamówienia) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 2021/BZP 00234519/01 z dnia 2021-10-18.

Z poważaniem  
STAROSTA  
Krzysztof Romankiewicz

